

**CERTIFICAT DE CONFORMITE DE TYPE A LA NORME
NF EN 12830 (SEPTEMBRE 1999)**

*Certificate of Type Conformity to the standards
NF EN 12830 (September 1999)*

Demandeur du certificat : NEWSTEO, ZI Athélia IV, 93 Avenue des Sorbiers
Applicant : 13600 La Ciotat - FRANCE

Fabricant / Marque : NEWSTEO / NEWSTEO
Manufacturer / Mark

Identification du produit : Enregistreur de température, à 1 sonde interne
Product identification

Type : LOM 16
Type

Numéro de série du produit essayé : N° LOM 001A6B
Sérial number of the tested product

Caractéristiques principales :
Main characteristics

Résolution : 0,1 °C Exactitude : ± 1 °C Etendue de mesure : - 30 à +30 °C Temps de réponse : 13 minutes


Période d'enregistrement : paramétrable

Erreur sur l'enregistrement du temps : 0.01%

Au vu des résultats figurant aux rapports d'essais CEMAFROID référencés E96, le produit essayé est déclaré conforme aux exigences des paragraphes 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.3 et 5.6.4 de la norme de référence pour la classe d'exactitude 1 et pour les classes d'environnement climatique C (stockage) et D (transport).

On the basis of the results contained in tests reports Cemafroid referenced E96, the tested product is declared in conformity with the requirements 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.3 and 5.6.4 of the above referenced standard for the accuracy class 1 and class C and D environmental condition of use.

Fait à Fresnes le 21 03 2017
Date and place of delivery



CEMAFROID

Directeur associé
Associate director



E.DEVIN

Ce certificat est délivré dans les conditions suivantes :

1. Ce certificat ne s'applique qu'au produit essayé et pour les essais réalisés consignés dans le(s) rapport(s) d'essai référencé(s) ci-dessus.
2. Il n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place par le CEMAFROID.
3. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur.

This certificate is issued under the following conditions :

1. This certificate applies only to the tested product and to the tests specified in the report(s) referenced above.
2. It does not imply that CEMAFROID has performed any surveillance or control of its production process.
3. Copies are available upon request by the applicant