

CERTIFICAT DE CONFORMITE NEWSTEO

Newsteo certificate of compliance

TYPE DE PRODUITS : LOG26, LOG36, LOG86

TYPES OF PRODUCT: LOG26, LOG36, LOG86

Extraits de la spécification technique :

Extracts of the technical specification:

- Température de fonctionnement :

- LOG26 : -40°C à +70 °C (Atmosphère non condensée)
- LOG36 : -40°C à +85 °C
- LOG86 : -40°C à +70 °C

Operating temperature:

LOG26: -40°C to +70 °C (non-condensing atmosphere)

LOG36: -40°C to +85 °C

LOG86: -40°C to +70 °C

- Niveau de protection :

IP Level

- LOG26 : IP54
- LOG36: IP65
- LOG86: IP65

- Erreur de justesse maximale :

Max instrumental bias

- LOG26, LOG36, LOG86 : -30°C to +70°C : ±0,3°C

- Dérive du capteur : dérive non significative pendant 4 ans dans des conditions normales d'utilisation.

- *Sensor drift: no significant drift during 4 years under normal conditions of use*

Le capteur numérique intégré est vérifié en usine par le fabricant qui assure la conformité aux spécifications. Ce certificat atteste du respect des procédures de fabrication et ne se substitue pas à un certificat d'étalonnage.

The digital integrated sensor is factory certified by the sensor manufacturer. This certificate attests compliance with logger manufacturing procedures and doesn't replace a calibration certificate.